



ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Γ.Ν. – Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α.Φ.Μ.: 099591588/Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Λέρος 01/ 07/ 2026
 Αριθ. Πρωτ.: 6011/02-07-2026

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληροφορίες: Παγιοπούλου Θεοδότη
 Τηλ.: 2247022131
 e-mail: promithies@leros-hospital.gr

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Νο -25-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα:
 - Το άρθρο 6 του Ν. 4412/16 περί μεθόδων υπολογισμού εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 - Το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 περί απευθείας ανάθεσης.
2. Την υπ' αριθ. 26/29-11-2025 (θέμα 10), απόφαση Δ.Σ. για τον προγραμματισμό συμβάσεων 2026- Έγκριση σκοπιμότητας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου (ΑΔΑ:ΡΨΙ446904Ρ-26Π), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 387/20-01-2026, απόφαση 27 της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για την έγκριση υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τον προγραμματισμό των συμβάσεων για το έτος 2026.
3. Την υπ' αριθ. Γ2γ/Γ.Π.58750/25 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κανονισμός εφαρμογής Ενιαίας Κωδικοποίησης στο Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (ΦΕΚ Β' 986/26.02.2026).
4. Την υπ' αριθ. ΔΣΣ οικ.2230/04-03-2026 εγκύκλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της Ενιαίας Κωδικοποίησης στο Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών της ΕΚΑΠΥ και των φορέων του άρθρου 7 του ν.4865/2021».

5. Την με αριθ. 20/12-05-2026 έρευνα αγοράς μέσω της πλατφόρμας iSupplies:
 - α) Την υπ' αριθ. 20-1170/15-05-2026 προσφορά της εταιρείας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε..
 - β) Την υπ' αριθ. 20-1483/18-05-2026 προσφορά της εταιρείας IMPROVEMED ΙΚΕ.
 - γ) Το με αριθ. πρωτ. 5012/08-06-2026 έγγραφο της εταιρείας IMPROVEMED ΙΚΕ περί απόσυρσης της προσφοράς.
6. Την υπ' αριθ. 9/12-06-2026 (θέμα 07) απόφαση τροποποίησης του προγραμματισμού συμβάσεων και έγκριση σκοπιμότητας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, έτους 2026 (ΑΔΑ:Ψ59Λ46904Ρ-ΚΣ3), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 431/23-06-2026 απόφαση 307 της Ε.Κ.Α.Π.Υ. περί έγκρισης τροποποίησης του ετήσιου προγραμματισμού συμβάσεων έτους 2026.
7. Το υπ' αριθ. 5610/22-06-2026 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Την υπ' αριθ. 300/25-06-2026 (ΑΔΑΜ:26REQ019327928, ΑΔΑ:6ΧΣΕ46904Ρ-ΟΟ8) απόφαση Διοικητή, περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης.
9. Την υπ' αριθ. 414/29-06-2026 (ΑΔΑΜ:26REQ019335110, ΑΔΑ:Ψ9ΞΝ46904Ρ-1Δ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων.

Προσκαλεί αποκλειστικά την εταιρία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 094442268) να καταθέσει προσφορά για τα παρακάτω αναλώσιμα υλικά:

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ EMDN*	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (προ ΦΠΑ)	ΚΟΣΤΟΣ
1	WA22306D	U090202	ΑΓΚΥΛΗ 30° TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, 0.2 ΜΜ, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	5	260,00 €	1.300,00 €
2	WA22557C	U090202	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURIS, ΜΑΝΙΤΑΡΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	3	365,00 €	1.095,00 €
					ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	2.395,00 €
					ΦΠΑ 17%	407,15 €
					ΠΡΟΫΠΟΛ./ΣΘΕΝ ΣΥΝΟΛΟ	2.802,15 €

(*) Διευκρινίσεις σχετικά με την Ενιαία κωδικοποίηση:

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να συμπεριλάβετε στις προσφορές σας την αντιστοίχιση των προσφερόμενων ειδών με τους κωδικούς EMDN, σύμφωνα με την Ενιαία κωδικοποίηση, προκειμένου να αποφύγουμε πιθανά λάθη (οι κωδικοί έχουν συμπληρωθεί στον πίνακα, αλλά θα

πρέπει να ελέγξετε αν συμφωνούν με τα προϊόντα που προσφέρετε). Επισημαίνεται ότι, καμία παραγγελία και παραλαβή δε θα είναι δυνατή χωρίς την αντιστοίχιση αυτή, συνεπώς, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τη σύναψη των συμβάσεων.

Η παραπάνω κωδικοποίηση είναι υποχρεωτική για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Γ2γ/Γ.Π.58750/25 Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός εφαρμογής Ενιαίας Κωδικοποίησης στο Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (ΦΕΚ Β' 986/26.02.2026), και την υπ' αριθ. ΔΣΣ οικ.2230/04-03-2026 εγκύκλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της Ενιαίας Κωδικοποίησης στο Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών της ΕΚΑΠΥ και των φορέων του άρθρου 7 του ν.4865/2021».

Για την αντιστοίχιση των προϊόντων με τους κωδικούς Ενιαίας Κωδικοποίησης μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: Ηλεκτρονικά Μητρώα Προμηθειών Υγείας (<https://ekapy.gov.gr/mitrwo-proiontwn-ypiresiwn-kai-promitheftwn/>).

Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1: ΑΓΚΥΛΗ 30° TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, 0.2 MM, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ: WA22306D)

1. Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα οπτική 30°, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό.
2. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0.2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5.00mm πλάτους και 3.3mm ύψους).
3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0.2mm κατά μέσο όρο.
4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό φυσιολογικό ορό.
5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
6. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.
7. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατακτικού μέσου.
8. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο, η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό.
9. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
10. Απαιτείται τουλάχιστον μία δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

11. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα, αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
12. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι γνήσια και αμεταχείριστα και ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.

A/A 2: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURIS, MANITARI, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ: WA22557C)

1. Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιτάρι (ημισφαιρικού σχεδιασμού) συμβατό με τις υπάρχουσες οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό.
2. Η επιφάνεια στην κατεύθυνση εργασίας να είναι τουλάχιστον 2.5mm².
3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0.2mm κατά μέσο όρο.
4. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
5. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.
6. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατακτικού μέσου.
7. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο, η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό.
8. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
9. Απαιτείται τουλάχιστον μία δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
10. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα, αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
11. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια δεσμεύεται να την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης, ότι τα προϊόντα θα είναι γνήσια και αμεταχείριστα και ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.

Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΛΕ	24101080000001
CPV: Ιατρικά αναλώσιμα	33140000-3
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	2.395,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ 17%	2.802,15 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή).
Χρόνος ισχύος προσφοράς	3 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς
Ημερομηνία έναρξης για την υποβολή προσφοράς	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς	Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, έως ώρα 11:00
Ημερομηνία και ώρα ελέγχου και αξιολόγησης προσφοράς	Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ώρα 12:00
Τρόπος υποβολής προσφοράς	Αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας iSupplies (αριθμός διαγωνισμού 48/2026, στο link: https://leros.isupplies.gr/)

Δ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΠΙΟ – Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	099591588
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00199.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λακκί
Πόλη	Λέρος
Ταχυδρομικός Κωδικός	85400
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2247022131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	promithies@leros-hospital.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Παγιοπούλου Θεοδότα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr

Ε' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ.

Θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον οριζόμενο στον πίνακα Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (στην παρούσα διαδικασία 3 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Επειδή η προσφορά που θα υποβάλλει ο οικονομικός φορέας αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αυτά θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE και ο οικονομικός φορέας να διαθέτει τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

ΣΤ' ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

(για ποσά από 1.000,01€ - 2.500,00€)

α. Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας.

β. Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων (για αγαθά).

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο.

-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023 /04-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: "Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς Φορείς".

(Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1015.E00199.0001)

Ζ' ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια ένα έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η' ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

- Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Η ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ